



PROTOKOL O PROVEDENÍ ZKOUŠEK

Číslo protokolu: 504/10

Strana č.: 1
Počet stran protokolu: 2
Počet stran příloh: 0

Zákazník: Moravskoslezský dřevařský klastr, Studentská 6202, 708 33 Ostrava-Poruba

Číslo zakázky CNT: 051-10

Předmět zkoušek:

Původní označení	Číslo vzorku CNT
3796/1	2056/10
4635/10	2057/10

Požadované analýzy: Stanovení spalného tepla.

Datum přijetí vzorků: 29. 7. 2010

Datum provedení zkoušek: 29.7. - 15. 9. 2010

Popis odběru vzorků: Vzorky byly odebrány zadavatelem, CNT neručí za chyby vzniklé nesprávným vzorkováním.

Použité metody:

Zkušební metoda	Použitý přístroj
ČSN ISO 1928 – stanovení spalného tepla kalorimetricky	LECO AC-350

Výsledky zkoušek:

č. vzorku CNT	[J/g]	[cal/g]
2056/10	2892	691
2057/10	2406	575

Nejistota stanovení: 0,05%.



PROTOKOL O PROVEDENÍ ZKOUŠEK

Číslo protokolu: 504/10

Strana č.:2
Počet stran protokolu: 2

Datum vystavení protokolu: 20.9.2010

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního charakteru), které jsou orgány státního odborného dozoru podle specifických předpisů požadovány.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak pouze s písemným souhlasem ředitele CNT VŠB-TUO.

Protokol vypracoval:
Ing. Šárka Tomisová

Odpovědný pracovník:
Prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.

Ředitelka CNT
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.